

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil rata-rata kadar kolesterol total menggunakan alat POCT Lipidpro[®] yaitu 144 mg/dl sedangkan pada alat fotometer yaitu 136 mg/dl.
2. Kadar kolesterol total menggunakan alat fotometer didapatkan dari 39 orang memiliki kadar kolesterol total diinginkan/normal.
3. Kadar kolesterol total menggunakan POCT Lipidpro[®] didapatkan kadar sedikit tinggi sebanyak 1 orang dan kadar kolesterol diinginkan/normal sebanyak 38 orang.

B. Saran

1. Bagi pihak-pihak yang terkait dapat menggunakan indikator pemeriksaan kolesterol total menggunakan instrumentasi dan metode yang lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai pemeriksaan kolestrol agar menggunakan pasien dengan penyakit jantung, hipertensi dan dislipidemia.